2本溶解する場合の操作方法 (2.5mLの薬液を2本使用する場合)

● 基本溶解操作方法の1~9に 従い2本分溶解します。



抜き取り、エア抜きをします。



2 1本目のシリンジ(A)の薬液を 2本目のバイアル(B)から シリンジをはずします。



4 1本目のバイアル B (A)からシリンジ をはずし、2本目の バイアル(B)に接 続し、残りの薬液 を抜き取り、エア 抜きをします。



☆ 翼付針のキャップ をはずして、シリ ンジに接続します。



薬液が5mL以上で大きなシリンジが必要な場合は、医療機関にご相談ください。

廃棄の手順

⋒ 誤刺防止機能である、 翼付針のストッパーを 両側をつまんでロック をはずします。そのまま 引いて針をプロテク ター内に収納します。



2 医療機関の指示 に従って分別し ます。



パッケージについて

● 2つ連結したパッケージは1つずつに分けられます。













製造販売元[文献請求先及び問い合わせ先] バイエル薬品株式会社 大阪市北区梅田2-4-9 〒530-0001 https://byl.bayer.co.jp/

<受付時間> 9:00~17:30(土日祝日·当社休日を除く)

2020年12月作成 JIV200903

ジピープ[®]静注用の 溶解操作方法

溶解操作で使用するもの

バイアル









●注射用水入シリンジ • プランジャー

全規格の注射用水 2.5mL





その他(付属物)









溶解操作や注射手技については、 医療機関の指導に従って、行ってください。

溶解操作方法の手順

ジビイ® 砂基本溶解操作方法

#開封のバイアルと注射用水入シリンジが冷たい場合、冷たさがなくなるまで手で温めます。



2 バイアルのキャップを はずし、ゴム栓の部分 をアルコール綿で消毒 します。





引毒後、ゴム栓には直接指で 触れないこと

3 バイアルアダプターの保 護シートをはずし、ケース に入れたままバイアルに しっかり押し下げます。



4 バイアルアダプターの ケースのみはずします。



5 注射用水入シリンジの ゴム栓にプランジャーを 接続します。



注射用水入シリンジの キャップをはずします。



! 注射用水入シリンジの先端 部には触れないこと

バイアルアダプターに 注射用水入シリンジを 接続します。



! 注射用水入シリンジは回しす ぎると壊れたり、はずれなく なるので、注意すること タフランジャーを<mark>ゆっくり</mark> 押し下げ、注射用水を バイアル内に入れます。



抱立たないように、ゆっくり 押し下げること タ バイアルを<mark>静かに</mark>円を 描くように回し、完全 に溶かします。



10 バイアルを逆さにして、プランジャーをゆっくり引き、注射液をシリンジに移します。注射液を抜き取ったら、シリンジはバイアルから取りはずします。



11 翼付針のキャップをはずして、シリンジに接続します。

